

2024年科研设施与仪器开放共享数据信息填报表

管理单位名称（盖章）：盐城师范学院

编制时间：2024年9月19日

（一）科研设施与仪器管理情况					
单位分管负责人	汤克明	责任部门（处室）	国有资产与实验室管理处	责任部门（处室）负责人	蔡志宏
联系人	刘惠玲	联系电话	0515-88233910	电子邮箱	1085457566@qq.com
序号	管理制度文号	仪器共享管理制度名称			
1	盐师院（2022）45号	盐城师范学院大型仪器开放共享科研成果积分奖励办法			
2	盐师院（2022）44号	盐城师范学院大型仪器管理人员岗位考核暂行办法			
3	盐师院[2022]54号	盐城师范学院实验室安全事故应急预案			
4	盐师院[2022]51号	盐城师范学院实验室安全管理办法			
5	盐师院[2022]43号	盐城师范学院大型仪器设备开放共享和有偿使用管理办法（试行）			
6	盐师院测试中心[2020]30号	质量管理条例			

7	盐师院测试中心[2020]31号	质量检测结果投诉处理程序						
(二) 科研设施与仪器开放共享总体情况								
仪器总数 (台套)	正常运行 仪器数 (台套)	正常运行仪器 总原值 (万元)	安装监测终端的 仪器数 (台套)	年有效工作总机时 (小时)	年平均有效 工作机时 (小时)	年平均对外共享 工作机时 (小时)	共享率 (%)	
19	14	1424.15	0	17971	1283.64	282.71	22.02%	
年对外共享服务情况					年共享服务总收入 (万元)	其中年对外共享服务总收入 (万元)		
年对外共享 服务单位 (家)	其中	科研单位 (家)	企业 (家)	其他 (家)				
15		1	14	0	64.96	28.47		
单位在线服务平台建设情况			单位在线服务平台与 省大仪平台对接情况		线下公共服务平台建设情况			
是否建有单位 在线服务平台	单位在线服务 平台网址 (需能正常访问)	纳入单位在线服务 平台仪器数 (台套)	与省大仪平台 对接情况	在省大仪平台 在线下单预约 仪器数 (台套)	是否建有校/院/所 级 分析测试中心	建设二级单位测试服务 平台、实验中心等其他 公共服务平台数 (个)	纳入公共服务平台 集中集约化管理 仪器数 (台套)	
自行建设	<a href="https://cszx.yct
u.edu.cn/">https://cszx.yct u.edu.cn/	14	否	14	是	2	14	
(三) 实验技术队伍情况								
实验技术人员总数 (人)	其中	40岁以下	专职	兼职	正高	副高	博士	硕士

36		16	36	0	0	11	8	14
是否设置专门 实验技术人员职称序列	是	当年新增正高级 实验技术人员数(人)	0	开放共享服务收入用于 发放实验技术人员绩效比例	0% ~ 0%			

(四) 科研设施与仪器查重评议情况

年度计划新购 科研设施与仪器情况		是否开展查重评议	通过查重评议核减 科研设施与仪器情况		实际新购科研设施与仪器情况			
数量 (台套)	金额 (万元)	否	核减数量 (台套)	核减金额 (万元)	数量 (台套)	其中	国产仪器新购数量 (台套)	国产仪器新购金额 (万元)
0	0.00		0	0	0		0	0

(五) 科研设施与仪器开放共享具体情况

序号	仪器名称	规格型号	原值 (万元)	是否安装 监测终端	是否对外 共享服务	仪器使用 记录方式	年有效工作 机时(小时)	年对外 共享服务机时 (小时)	年共享 服务收入 (万元)	年对外共享 服务收入 (万元)	单位所 属部门	仪器 联系人	联系电话 (固话)
1	X射线衍射仪	Ultima IV	89.98	否	是	人工	1392	194	4.05	1.03	分析测试 中心	任芳芳	1586253530 2
2	荧光光谱仪	FS5	51.08	否	是	人工	1138	134	6.11	2.28	化学与环 境工程学 院	薛云珊	1362620872 3
3	电感耦合等离 子体质谱仪	NexION 350x	90.47	否	是	人工	1683	482	2.69	1.9	分析测试 中心	姚玉峰	1596198912 8
4	高压离子色谱 系统	ICS-5000+	93.74	否	是	人工	1025	112	2.32	0.46	分析测试 中心	任芳芳	1586253530 2
5	全数字化超导 核磁共振谱仪	AVANCE 111 HD	204.74	否	是	人工	2097	595	8.90	4.29	分析测试 中心	朱大亮	1885299568 3

		400MHZ											
6	超高效液相色谱系统	l-Class	57.21	否	是	人工	1136	128	2.52	0.74	分析测试中心	孙英楠	17849198910
7	高效液相色谱仪	Ultimate 3000	55.02	否	是	人工	1398	390	5.27	2.64	分析测试中心	孙英楠	17849198910
8	傅里叶变换红外光谱仪	vertex80	85.29	否	是	人工	1146	132	4.25	1.28	分析测试中心	陈选荣	13851079330
9	分析型流式细胞仪	FC500-MCL	79.25	否	是	人工	1026	257	2.57	1.03	药学院	赵奔宁	15902096996
10	三重串联四级杆气质联用仪	7000C	106.97	否	是	人工	1155	422	6.4	3.82	分析测试中心	王栋	15961993504
11	电感耦合等离子体发射光谱仪	optima 8000	52.66	否	是	人工	1284	352	2.48	1.51	分析测试中心	姚玉峰	15961989128
12	紫外、可见、近红外分光光度计	Lambda950	54.82	否	是	人工	1133	181	6.50	2.64	分析测试中心	王栋	15961993504
13	色谱质谱联用仪	Triple TOF5600+	327.85	否	是	人工	1343	287	5.62	1.83	分析测试中心	王华	13961986615
14	圆二色光谱仪	Chirascan	75.07	否	是	人工	1015	292	5.28	3.02	化学与环境工程学院	葛超	18851837063